



Specyfikacja techniczna Accuniq BP250

nazwa katalogowa	ACCUNIQ BP250, automatyczny ciśnieniomierz ze stolikiem i siedziskiem, SELVAS Healthcare
producent	SELVAS Healthcare, Korea
skład zestawu	<ul style="list-style-type: none">ciśnieniomierz oscylometrycznystolikkrzesło z regulowaną wysokością
akcesoria opcjonalne	<ul style="list-style-type: none">mankiet L lub Rdotatkowy monitor <p>*ciśnieniomierz jest kompatybilny z analizatorami składu ciała ACCUNIQ</p>
gwarancja	2 lata
metoda pomiaru	oscylometryczna
pozycja podczas pomiaru	siedząca
otrzymywane parametry	<p>Wyniki wyświetlane na monitorze głównym</p> <ul style="list-style-type: none">ciśnienie krwi skurczoweciśnienie krwi rozkurczoweśrednie ciśnienie tętniczeciśnienie tętnapulsanaliza (wykresy pulsu, ocena ciśnienia tętniczego) <p>Wyniki wyświetlane na dodatkowym monitorze (opcja)</p> <ul style="list-style-type: none">ciśnienie skurczoweciśnienie rozkurczowepulsBMIotłuszczenie
zasilanie	AC 100~240V, 50/60Hz DC 12V, 5A adapter
pobór energii	60 A
wyświetlacz	7 cali, kolorowy LCD
transmisja danych	RS-232C
Wymiary (szerokość/ głębokość/ wysokość)	463 mm/ 324 mm/ 276 mm
masa	11 kg
zakres pomiaru	ciśnienie krwi: 30 - 300 mmHg puls: 30 - 240 bpm

VITAKO Sp. z o.o.

ul. Stanisława Żaryna 7, ul. Małej Syrenki 2,
02-593, Warszawa 71-790, Szczecin

infolinia: +48 505 522 888

email: info@vitako.pl

www.vitako.pl



dokładność pomiaru	ciśnienie ± 3 mmHg puls $\pm 3\%$
warunki transportu i przechowywania	-20° do +70°C do 93% wilgotności względnej
warunki użytkowania	+5° do +40°C od 15 do 93% wilgotności względnej
kod QR	wyświetlany na ekranie LCD transmisja wyników na stronę internetową podgląd wyników na urządzeniach mobilnych

VITAKO Sp. z o.o.

ul. Stanisława Żaryna 7, ul. Małej Syrenki 2,
02-593, Warszawa 71-790, Szczecin

infolinia: +48 505 522 888
email: info@vitako.pl

www.vitako.pl